

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-11-20

Anschlußset 10 m

UC 2 - 4

Best.-Nr.: A000001

Leistungsmerkmale

- Beinhaltet 2 Schläuche und 2 Adapter

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-11-20

Anschlußset 10 m

UC 2 - 4

Best.-Nr.: A000001

CHILLER SIDE

WATER INLET

1 X 1/2" HOSE CARRIER
10m 15-22 FLEXIBLE PIPE
1 X 21-23 CLAMPS
10m ARMAFLEX INSULATION
10m TECNOTERM TAPE



WATER OUTLET

1 X 1/2" HOSE CARRIER
10m 15-22 FLEXIBLE PIPE
1 X 21-23 CLAMPS
10m ARMAFLEX INSULATION
10m TECNOTERM TAPE



● Loctite 55

APPLICATION SIDE

WATER INLET

1 X 1/2" HOSE CARRIER
1 X 21-23 CLAMPS

WATER OUTLET

1 X 1/2" HOSE CARRIER
1 X 21-23 CLAMPS

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser