

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-11-20

Anschlußset 20 m

UC 8 - 24

Best.-Nr.: A000005

Leistungsmerkmale

- Beinhaltet 2 Schläuche und 2 Adapter

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-11-20

Anschlußset 20 m

UC 8 - 24

Best.-Nr.: A000005

CHILLER SIDE

WATER INLET

1 X HOSE CARRIER
FLEXIBLE PIPE
1 X CLAMP
THERMAL INSULATION
INSULATION TAPE

APPLICATION SIDE

WATER INLET

1 X HOSE CARRIER
1 X CLAMP
1 X FEMALE- FEMALE



WATER OUTLET

1 X HOSE CARRIER
FLEXIBLE PIPE
1 X CLAMP
THERMAL INSULATION
INSULATION TAPE

WATER OUTLET

1 X HOSE CARRIER
1 X CLAMP
1 X FEMALE- FEMALE



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser