

## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-11-13

### Dechloritfilter mit Erstfüllung

Best.-Nr.: A000129

#### Leistungsmerkmale

- Beseitigt die von den Wasserwerken zugesetzten Chloranteile im Leitungswasser
- Komplett mit Anschlüssen für Druckschlauch 1/2" (Innendurchmesser 12,7 mm)
- Einschließlich Erstfüllung
- Die Füllung des Dechloritfilters sollte halbjährlich ausgetauscht werden



#### Technische Merkmale

Außendurchmesser

125 mm

Anschluss 1 Gewinde (innen)

1/2"

Anschluss 2 Gewinde (innen)

1/2"

Gewicht

1.8 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser