

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-10-08

Filtro Dechlorit con llenado inicial

N.º de pedido: A000129

Características de rendimiento

- Elimina el cloro que la central de suministro de agua añade al agua corriente
- Completo con conexiones para una manguera de presión de 1/2" (diámetro interior 12,7 mm)
- Incluido el llenado inicial
- El relleno del filtro de declorito debe reemplazarse cada seis meses



Características técnicas

Diámetro exterior	125 mm
Conexión 1 rosca (interior)	1/2"
Conexión 2 rosca (interior)	1/2"
Peso	1.8 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser