

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-11-13

Relleno rep. p. filtro Dechlorit A000129 A000135  
para sistema de filtro A000135  
N.º de pedido: A000130

### Características de rendimiento

- Recambio de relleno para filtro de clorito A000129 y juego de filtros A000135
- El relleno del filtro de clorito debe reemplazarse cada seis meses



### Características técnicas

Peso

0.6 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser