

PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-11-06

LAUDA ECO E 25 S

Heating thermostat 230 V; 50/60 Hz

Part Number: L001146

Features

- Thermostatic bath with latest microprocessor technology
- Monochrome graphic LCD display for simultaneous indication of actual and set value
- User friendly menu navigation in plain language
- Easy input via cursor and soft keys. Additional Tmax key for overtemperature protection
- Fully electronic continuous controller with PID action
- Safety class III for operation with flammable and non-flammable liquids. Over-temperature cut-out adjustable via menu
- Vario pump with six adjustable performance levels
- Easy control of the flow rate between internal and external circulation during operation without contact with the bath
- USB interface as standard
- Upgradeable with an interface module (analogue module, contact module, RS 232/485 module, Profibus, Ethernet-USB module)
- Upgradeable with Pt 100/LiBus module for external control and remote control via Command console
- Integrated programmer, 1 programme with max. 20 segments
- Bath vessel made from stainless steel with drain valve
- Cooling coil as standard



Working temperature min.
20 °C



Working temperature max.
200 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-11-06

LAUDA ECO E 25 S

Heating thermostat 230 V; 50/60 Hz

Part Number: L001146

Technical Features (according to DIN 12876)

Working temperature range	20 ... 200 °C
Ambient temperature range	5 ... 40 °C
Temperature stability	0.01 ± K
Heater power max.	2 kW
Power consumption max.	2.1 kW
Current max.	10 A
Pump Pressure max.	0,6 bar
Pump flow rate max. (pressure)	22 L/min
Bath volume min. / max.	16.0 / 25.0 L
Size of bath (W x D x H)	300 x 365 x 200 mm
Overall dimensions (WxDxH)	331 x 537 x 426 mm
Weight	14 kg
Power supply	230 V; 50/60 Hz
Power plug	Power cord with plug (SEV 1011, SEV 5934/2, T23)

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DET + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser


PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-11-06

LAUDA ECO E 25 S

Heating thermostat 230 V; 50/60 Hz

Part Number: L001146



Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser


PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-11-06

LAUDA ECO E 25 S

Heating thermostat 230 V; 50/60 Hz

Part Number: L001146



Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser