

PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-09-05

LAUDA ECO ET 12 S

Heating thermostat 115 V; 60 Hz

Part Number: L001204

Features

- Thermostatic bath with latest microprocessor technology
- Monochrome graphic LCD display for simultaneous indication of actual and set value
- User friendly menu navigation in plain language
- Easy input via cursor and soft keys. Additional Tmax key for overtemperature protection
- Fully electronic continuous controller with PID action
- Safety class III for operation with flammable and non-flammable liquids. Over-temperature cut-out adjustable via menu
- Vario pump with six adjustable performance levels
- Easy control of the flow rate between internal and external circulation during operation without contact with the bath
- USB interface as standard
- Upgradeable with an interface module (analogue module, contact module, RS 232/485 module, Profibus, Ethernet-USB module)
- Upgradeable with Pt 100/LiBus module for external control and remote control via Command console
- Integrated programmer, 1 programme with max. 20 segments
- Transparent bath made from polycarbonate
- Cooling coil as standard



Working temperature min.
20 °C



Working temperature max.
100 °C

LAUDA DR. R. WOBSEER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-09-05

LAUDA ECO ET 12 S

Heating thermostat 115 V; 60 Hz

Part Number: L001204

Technical Features (according to DIN 12876)

Working temperature range	20 ... 100 °C
Ambient temperature range	5 ... 40 °C
Temperature stability	0.01 ± K
Heater power max.	1.3 kW
Power consumption max.	1.4 kW
Current max.	12 A
Pump Pressure max.	0,6 bar
Pump flow rate max. (pressure)	22 L/min
Bath volume min. / max.	9.5 / 12.0 L
Size of bath (W x D x H)	300 x 175 x 160 mm
Overall dimensions (WxDxH)	322 x 331 x 389 mm
Weight	7 kg
Power supply	115 V; 60 Hz
Power plug	Power cord with plug (NEMA 5-15P)

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser


PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-09-05

LAUDA ECO ET 12 S

Heating thermostat 115 V; 60 Hz

Part Number: L001204



Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-09-05

LAUDA ECO ET 12 S

Heating thermostat 115 V; 60 Hz

Part Number: L001204



Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser