

PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-11-06

LAUDA ECO ET 6 S

Heating thermostat 220 V; 60 Hz

Part Number: L001183

Features

- Thermostatic bath with latest microprocessor technology
- Monochrome graphic LCD display for simultaneous indication of actual and set value
- User friendly menu navigation in plain language
- Easy input via cursor and soft keys. Additional Tmax key for overtemperature protection
- Fully electronic continuous controller with PID action
- Safety class III for operation with flammable and non-flammable liquids. Over-temperature cut-out adjustable via menu
- Vario pump with six adjustable performance levels
- Easy control of the flow rate between internal and external circulation during operation without contact with the bath
- USB interface as standard
- Upgradeable with an interface module (analogue module, contact module, RS 232/485 module, Profibus, Ethernet-USB module)
- Upgradeable with Pt 100/LiBus module for external control and remote control via Command console
- Integrated programmer, 1 programme with max. 20 segments
- Transparent bath made from polycarbonate
- Cooling coil as standard



Reserve technical changes



Working temperature min.
20 °C



Working temperature max.
100 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-11-06

LAUDA ECO ET 6 S

Heating thermostat 220 V; 60 Hz

Part Number: L001183

Technical Features (according to DIN 12876)

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Working temperature range | 20 ... 100 °C |
| Ambient temperature range | 5 ... 40 °C |
| Temperature stability | 0.01 ± K |
| Heater power max. | 1.8 kW |
| Power consumption max. | 2 kW |
| Current max. | 9 A |
| Pump Pressure max. | 0,6 bar |
| Pump flow rate max. (pressure) | 22 L/min |
| Bath volume min. / max. | 5.0 / 6.0 L |
| Size of bath (W x D x H) | 130 x 285 x 160 mm |
| Overall dimensions (WxDxH) | 143 x 433 x 349 mm |
| Weight | 4 kg |
| Power supply | 220 V; 60 Hz |
| Power plug | Power cord with plug (NEMA 6-20P) |

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser


PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-11-06

LAUDA ECO ET 6 S

Heating thermostat 220 V; 60 Hz

Part Number: L001183



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser


PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-11-06

LAUDA ECO ET 6 S

Heating thermostat 220 V; 60 Hz

Part Number: L001183



Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser