

## FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-03-25

LAUDA Hydro H 20 S

Agitateur bain-marie 230 V; 50/60 Hz

Numéro d'article: L002908

### Caractéristiques

- Bain-marie à agitation pour des températures exactement reproductibles
- Affichage numérique LED à lecture facile
- Réglage et affichage des valeurs de température par pas de 0,1°C.
- Clavier à membrane avec des symboles clairs
- Affichage digitale de la valeur de consigne
- Vitesse réglable en continu et indépendamment de la charge
- Régulateur de température sur 1 point
- Protection contre la surchauffe grâce à des liquides ininflammables et une protection contre les niveaux bas
- Surveillance électronique du fonctionnement du régulateur de température
- Entraînement de l'unité d'agitation avec démarrage progressif et une protection contre la surcharge
- Stockage de l'unité d'agitation sur des roulements à billes spéciaux en acier inoxydable
- Mouvement d'agitation linéaire et oscillant
- Panier à agiter peuvent être facilement retirés pour le nettoyage
- Repose couvercle avec gouttière d'eau de condensation
- Cuve de bain avec robinet de vidange
- Couvercle thermo-isolant en acier inoxydable, à double paroi, avec courbure intérieure évitant que les vapeurs condensées de s'écouler dans les récipients
- avec courbure intérieure évitant que les vapeurs condensées de s'écouler dans les récipients
- Corps du bain, repose couvercle, panier à agiter et chauffage en acier inoxydable
- Couvercle et robinet de vidange de série



Température de travail min.  
25 °C



Température de travail max.  
99,9 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-03-25

LAUDA Hydro H 20 S

Agitateur bain-marie 230 V; 50/60 Hz

Numéro d'article: L002908

### Données techniques

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gamme de température de travail | 25 ... 100 °C                                   |
| Gamme de température ambiante   | 10 ... 40 °C                                    |
| Stabilité de température        | 0,1 ± K                                         |
| Puissance de chauffe maxi.      | 1,5 kW                                          |
| Consommation électrique maxi.   | 1,5 kW                                          |
| Courant max.                    | 10 A                                            |
| Taille du bain (LargxProfxHaut) | 450 x 300 x 185 mm                              |
| Volume du bain min. / max.      | 9,0 / 24,4 L                                    |
| Dimensions hors tout (LxPxH)    | 715 x 520 x 330 mm                              |
| Poids                           | 28 kg                                           |
| Amplitude de déplacement        | 22 mm                                           |
| Fréquence d'agitation           | 10 ... 250 1/min                                |
| Alimentation secteur            | 230 V; 50/60 Hz                                 |
| Prise secteur                   | Câble secteur avec fiche coudée Schuko (CEE7/7) |

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser