


HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-11-15

Cesta de suspensión
para ensayos de impacto con barra dentada
N.º de pedido: LCZ 0658

Características de rendimiento

- Para la colocación de muestras para ensayo de resiliencia conforme a la norma DIN.
- Dos tiradores embutidos para facilitar la colocación en el baño y la extracción.
- Las cestas están electropulidas.



Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)

140 x 140 x 195 mm

Anchura superficie de apoyo útil

132 mm

Profundidad superficie de apoyo útil

130 mm

Profundidad de inmersión

169 mm

Peso

0.9 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser