

## FICHE TECHNIQUE

Statut: 2024-11-13

Numéro d'article: LCZE009

### Caractéristiques

- Le kit de silicone se compose a) d'un tube en L et d'un adaptateur de débit, tous deux nécessaires pour la thermorégulation externe, b) d'un tube en silicone en U et de deux limiteurs de débit de la pompe pour le fonctionnement interne, c) de deux joints toriques ainsi que d'un petit tube en L pour le bouchon de vidange.
- Le manuel d'utilisation décrit en détail le montage et l'utilisation des pièces en silicone.



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser