


FICHE TECHNIQUE

Statut: 2024-11-15

Module Contact Relais D-SUB avec LiBus
3xENTREE / 3xSORTIE
Numéro d'article: LRZ 915

Caractéristiques

- Interface permettant de définir ou d'interroger des états ou des fonctions binaires
- Compatible avec les thermostats LAUDA actuels qui disposent de compartiments modulaires libres
- Mise à jour du logiciel possible via le thermostat
- L'étendue des fonctions dépend du thermostat
- En sortie, le module alterne entre deux contacts de commutation
- A l'entrée, l'utilisateur ferme ou ouvre le circuit électrique du module
- Trois sorties ; max. 30 V, max. 0,2 A
- Trois entrées ; max. 5 V, max. 0,01 A
- Cache de montage grand
- Fiche de connexion correspondante D-SUB, 15 pôles , EKS 211 (non fournie)



Données techniques

Poids

0.1 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser