

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-11-15

Cesta de suspensión

RP 4090 C(W)


N.º de pedido: LUZ 009

### Características de rendimiento

- Para la colocación de muestras para ensayo de resiliencia conforme a la norma DIN.
- Dos tiradores embutidos para facilitar la colocación en el baño y la extracción.
- Las cestas están electropulidas.

### Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)	334 x 287 x 240 mm
Anchura superficie de apoyo útil	280 mm
Profundidad superficie de apoyo útil	320 mm
Profundidad de inmersión	208,5 mm
Peso	2.8 kg



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser