

## FICHE TECHNIQUE

Statut: 2024-11-15

Rotonde cpl. PJ 12

15 trous D =12 mm

Numéro d'article: UG 112

### Caractéristiques

- Pour recevoir des thermomètres ou des sondes de mesure à des fins d'étalonnage.
- Rotonde pour 15 tubes à essai d'un diamètre de 12 mm
- L'insert pivotant peut être ajusté en hauteur sur 60 mm.



### Données techniques

Diamètre extérieur

146 mm

Nombre d'échantillons

15

Matériau

Acier inoxydable

Poids

1.0 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser